



# ニトリルロング手袋400

## Long cuff Nitrile gloves 400

販売名：ニトリルロング手袋400  
一般医療機器 届出番号：27B1X00120000800  
非天然ゴム製検査・検診用手袋  
食品衛生法適合品(厚生省公示第370号)

### Nitrile Examination Gloves

- ✓ 長さ400ミリのスーパーロングタイプ
- ✓ パウダーフリー・ラテックスフリー
- ✓ 指先および手のひらに滑り止め加工
- ✓ 優れた伸縮性&フィット感

Personal  
Protective  
Equipment

ブルー / 50枚

## 用途

湿性生体物質に接触する可能性のある場合や傷・粘膜に触れる場合など、様々な場面でお使いいただけます。

### 推奨される業務

- 検査・検診業務全般
- 器材の洗浄・消毒
- 入浴介助
- 環境整備
- 洗浄作業
- 検体の取り扱い など

その他、介護、食品加工、化学実験など、様々な用途に適応します。

## 仕様

サイズ	S	M	L
全長(mm) ±5(mm)	400		
手のひら幅(mm)	83-92	93-102	103-112
厚み(mm)	指先 0.18 ±0.02		
	手のひら ≥0.13		
ピンホール品質基準	AQL 1.5		
引張強度(MPa)	老化前 ≥14 老化後 ≥14		
最大伸長度(%)	老化前 ≥500 老化後 ≥400		

## ブルー

サイズ：S, M, L



## 抗がん剤耐性試験：ASTM D6978-05 取得中

ASTM D6978-05とは

医療用手袋の化学療法薬剤の透過に対する抵抗性の評価基準です。

指定された7種類の抗がん剤及び任意の2種類の合計9種類の抗がん剤での試験が必須条件となっています。

任意で試験されている抗がん剤の種類や数は各メーカーや製品によって異なるため、製品毎に情報を確認する必要があります。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ニトリルロング手袋400	50枚入 / S	10	50937	49-87696-50937-5
	50枚入 / M		50938	49-87696-50938-2
	50枚入 / L		50939	49-87696-50939-9

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年11月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
(受付時間：平日 9:00~18:00)